



ה' בניסן התש"ף  
30/03/2020  
מס' סימוכין: 170543420

**עדכון בדבר פעילות מרפאות שיניים על רקע התפשטות נגיף הקורונה - נכון לתאריך 30 מרץ 2020**

בהמשך להנחיות בנושא מיום 15.3.2020 [https://www.health.gov.il/hozer/dent\\_2020-155728020.pdf](https://www.health.gov.il/hozer/dent_2020-155728020.pdf)  
ומיום 17.3.2020 [https://www.health.gov.il/hozer/dent\\_2020-158357020.pdf](https://www.health.gov.il/hozer/dent_2020-158357020.pdf), להלן עדכונים והבהרות:

1. בהתאם להנחיות שלעיל, מרפאות שיניים בקהילה ובבתי חולים עובדות במתכונת חירום, קרי טיפולים דחופים בלבד. אין לקבל מטופל במרפאה ללא תיאום טלפוני ושיחה מקדימה. בכל פניה של מטופל למרפאה יש לבצע, במידת האפשר, אבחון טלפוני או באמצעות כלים של טלמדיסין:
  - 1.1 בכל פניה של מטופל למרפאה יש לתשאל אותו גם באשר לתסמינים נשימתיים (חום, שיעול, קוצר נשימה). אם המטופל מדווח על אחד מאלה וזקוק על פי הערכת מצב לטיפול אופרטיבי דחוף, יש להנחות אותו לפנות למוקד טלפוני / טלמדיסין בקופת חולים על מנת לתאם אפשרות הגעה לבדיקה במרפאה ייעודית הנותנת מענה לטיפול שיניים דחוף במקרים אלה.
  - 1.2 במטופל ללא תסמינים נשימתיים, אם ניתן, יש להמליץ על טיפול תרופתי, כדי לא להביאו למרפאה בזמן ההתפרצות.
  - 1.3 ניתן לזמן את המטופל למרפאה רק במקרה בו אין חשד להידבקות בנגיף ומדובר במצב שדורש טיפול אופרטיבי דחוף / פעולה שאי ביצועה יוביל לפגיעה בבריאות המטופל.
2. דגשים למתן טיפול שיניים דחוף בקהילה (מטופלים ללא תסמינים/ לא בבידוד):
  - 2.1 כל פעולה המערבת את רירית הפה מהווה סיכון גבוה לחשיפת הצוות הדנטלי, במיוחד פעולות המייצרות אירוסול. לפיכך, מומלץ לצמצם ככל הניתן את השימוש במכשירים המייצרים אירוסול (כדוגמת סקילר, טורבינה, מזרק שלש פעולות וכו').
  - 2.2 יש להשתמש בסכר גומי, מערכת שאיבה בהספק גבוה (power suction) ולעבוד עם סייעת.
  - 2.3 במהלך טיפול חירום בכל מטופל יש להשתמש במסכה כירורגית, משקפי מגן / מגן פנים מלא, חלוק לא חדיר למים / סינר ניילון, זאת בנוסף להקפדה על כללי מניעת זיהומים כאמור בהנחיות מיום 15.3.2020.



- 2.4 כל מכשיר לשימוש חוזר יעוקר לאחר כל שימוש, כולל חלקים רב פעמיים של מערכת הנייטרוס הניתנים לעיקור לפי הוראות יצרן (לחלופין, ניתן להשתמש בחלקים חד פעמיים). במקרה בו לא ניתן, מכל סיבה שהיא, לבצע עיקור המערכת כנדרש, אין להשתמש בה.
- 2.5 יש להקפיד על אורור נאות בחדר הטיפולים.
- 2.6 יש להימנע מהנחת כלים שאינם הכרחיים על מגש העבודה.
- 2.7 יש להוציא מחדר הטיפולים כל ציוד שאינו נדרש לביצוע הטיפול, כולל ציוד אישי של הצוות.
- 2.8 יש לחטא משטחים בהם עלולים לגעת מטופלים, גם מחוץ לחדר הטיפולים, כגון: מפסקי חשמל, ידיות וכד'.

### 3. דגשים לגבי צוות מטפל:

- 3.1 יש לצמצם עד כמה שניתן את מספר אנשי הצוות שעובדים במרפאה.
- 3.2 יש לדאוג למיגון הנדרש ולהכשרה מתאימה לכל אנשי הצוות.
- 3.3 איש צוות חולה או שמפתח תסמינים אינו מורשה לשהות במרפאה.
- 3.4 לפי עיקרון הזהירות המונעת, מומלץ לשקול להימנע משילוב אנשי צוות הנמצאים בקבוצת סיכון (גיל מבוגר / עם מחלות רקע / מצבי בריאות מיוחדים), תוך שיתופם בקבלת ההחלטה.

### מקורות:

1. CDC Recommendation: Postpone Non-Urgent Dental Procedures, Surgeries and Visits  
<http://www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/statement-COVID.html>
2. NHS Publication 25/3/2020 <https://www.england.nhs.uk/coronavirus/wp-content/uploads/sites/52/2020/03/issue-3-preparedness-letter-for-primary-dental-care-25-march-2020.pdf>
3. <https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2020-03-26-covid19-occupational-health.pdf>

ד"ר לנה נטפוב  
מנהלת האגף לבריאות השן