

לחיים בריאים יותר



משרד  
הבריאות



# רשימת הצטיידות למחלקות סיעודיות ולמחלקות תשושי נפש

נובמבר 2016

מינהל הרפואה, אגף לגריאטריה

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה



החוברת "רשימת הצטיידות למחלקות סיעודיות ולמחלקות לתשושי נפש" היא מהדורה שלישית ומעודכנת של חוברת "פרוט הציוד למחלקות גריאטריות". (מהדורה ראשונה פורסמה בפברואר 2002 ומהדורה שניה פורסמה בנובמבר 2011).

החוברת עודכנה והותאמה לדרישות משרד הבריאות העדכניות ולצרכים הטיפולים המתפתחים.

העדכון בוצע על ידי צוות רב מקצועי, בהרכב להלן:

ד"ר אירית לקסר – מנהלת מחלקה לסטנדרטים ואכיפה, האגף לגריאטריה  
גבי צפי הלל – דיאמנט – ממונה ארצית על יישום הסטנדרטים בגריאטריה  
ד"ר מעין כץ – סגנית מנהלת השירות הארצי לריפוי בעיסוק ומרכזת תחום גריאטריה  
גבי יעל רותם גלילי – מרכזת תחום הגריאטריה, המחלקה הארצית לפיזיותרפיה  
גבי אורלי ברגרזון ביטון – סגנית קלינאית תקשורת ארצית ומרכזת תחום גריאטריה  
גבי ויויאן רביד- אחות. מפקחת, אגף גריאטריה  
מר עוזי קרן – מזכיר ועדת פרויקטים, אגף לשע"ח  
אדר' ניר כספי – מנהל אגף תכנון, מינהל תכנון  
גבי סיגל פרחי ללוש – מרכזת בכירה תכנון ובניה, מינהל תכנון – מרכזת הועדה.

תודות לכל אנשי המקצוע והגופים המקצועיים שסייעו בתהליך העבודה.

חשוון, התשע"ז

נובמבר, 2016



**תוכן עניינים**

3 .....מבנה החוברת.

4 .....טבלת רשימת הצטיידות למחלקות סיעודיות ותשושי נפש.

23 .....נספח A – גודל מוסד.

24 .....נספח B – אפיון מיטות.

26 .....נספח C – מנופים – דרישות לסוג וכמות, לפי מספר מחלקות.



### מבנה החוברת:

החוברת כוללת טבלה של רשימת הצטיידות בסיסית להפעלת מחלקה טיפוסית סיעודית 36 מיטות / תשושי נפש 30 מיטות ודרישות למלאי נוסף בהתאם לגודל המוסד (נספח A).  
כאשר הציוד הנדרש יכול לשרת מספר מחלקות, תהיה לכך התייחסות בעמודות "הערות משלימות".

רשימת הציוד ערוכה לפי מספר קטגוריות:

- רפואי – ציוד טיפולי
- סיעוד – ציוד טיפולי
- סיעוד – ציוד כללי
- אחסון תרופות
- ציוד החייאה
- ציוד מניעת זיהומים
- ניידות וישיבה
- פיזיותרפיה
- ריפוי בעיסוק
- ריפוי בעיסוק/קלינאות תקשורת
- ריהוט וציוד נייד
- טקסטיל
- מטבחון מחלקתי – כלי אוכל
- מטבחון מחלקתי – ציוד חשמלי/מכני
- מטבחון מחלקתי – כלי עזר
- אשפה, ניקיון וסניטציה
- כללי

להשלמת המידע בטבלת ההצטיידות, צורפו הנספחים להלן:

- נספח A – גודל מוסד
- נספח B – אפיון מיטות
- נספח C – מנופים – דרישות לסוג וכמות, לפי מספר מחלקות

מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה - סיעודית - 36 מיטות	תשושי נפש - 30 מיטות	מלאי נוסף לפי גודל מוסד (נספח A)			אפיון
					מוסד גדול	מוסד בינוני גדול	מוסד בינוני קטן	
1	רפואי – ציוד טיפול	אוטוסקופ	1	1				כולל מלאי קונוסים חד פעמי לבדיקת אזנים
2	רפואי – ציוד טיפול	אופטלמוסקופ	1	1		1		
3	סיעוד – ציוד טיפול	סטטוסקופ	6	4				
4	סיעוד – ציוד טיפול	פטיש רפלקסים	1	1				
5	סיעוד – ציוד טיפול	גלוקומטר	2	2	1	2	3	
6	סיעוד – ציוד טיפול	חוצה כדורים	2	2	1	2	3	
7	סיעוד – ציוד טיפול	מרסק כדורים	2	2	1	2	3	
8	סיעוד – ציוד טיפול	לוחץ לשון	*	*				*חבילות בהתאם לצרכי המטופלים
9	סיעוד – ציוד טיפול	מד לחץ דם + שרווליות	3	3	1	2	3	1 ידני 2 דיגיטלי נדרש מלאי של שרווליות מותאמות בגדלים שונים – 2 מכל גודל מ 30 קילו ומעלה, כולל שרווליות למשקלים של מעל 100 קילו (לפחות 1 למוסד).
10	סיעוד – ציוד טיפול	מד רמת חמצן בדם (פאלס אוקסימטר)	1	1	1	2	3	
11	סיעוד – ציוד טיפול	מדי חום	2	2	1	2	3	דיגיטלי בלבד (חל איסור על שימוש במד חום כספית), כולל פרוב רקטאלי. מלאי קבוע. כולל כיסויים.
12	סיעוד – ציוד טיפול	מד חום דיגיטלי ביתי אישי, לבידוד מגע	20	5	5	5	10	לבידוד מגע
13	סיעוד – ציוד טיפול	מד חום לאוזן/מצח	1	1			1	
14	סיעוד – ציוד טיפול	מד היפותרמי (טווח טמפרטורה עד 33 מעלות)	1	1			1	במידה ומד חום אוזן/מצח מאפשר מדידה עד 33 מעלות, אין צורך ברכישת מדחום זה.

מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה - סיעודית - 36 מיטות	תשושי נפש - 30 מיטות	מלאי נוסף לפי גודל מוסד (נספח A)			אפיון
					מוסד גדול	מוסד בינוני גדול	מוסד בינוני קטן	
15	סיעוד – ציוד טיפול	מיכל פסולת זיהומית (פריטים חדים)	4	4	2	4	6	לפחות 4 בשימוש שוטף (לכל עגלת טיפול ולחדר טיפולים) ומלאי חלופי לפי השימוש *לפי הצורך
16	סיעוד – ציוד טיפול	פח פסולת מסוכנת (כגון : תרופות)	*	*				
17	סיעוד – ציוד טיפול	מד עקב ברך	1	-				מוסדי
18	סיעוד – ציוד טיפול	מכשיר אינהלציה	3	3	1	2	3	
19	סיעוד – ציוד טיפול	מספריים רגילות	6	6	5	10	20	
20	סיעוד – ציוד טיפול	מספריים לציפורניים	36	30	5	10	20	יכול להיות חלופי לקוצץ ציפורניים
21	סיעוד – ציוד טיפול	קוצץ ציפורניים	36	30	5	10	20	יכול להיות חלופי למספריים לציפורניים
22	רפואי סיעודי	קופסא לאחסון שיניים תותבות	36 + 20% רזרבה	30 + 20% רזרבה				
23	סיעוד – ציוד טיפול	מערכת שאיבת סקשן ניידת	2	1		1	1	
24	סיעוד – ציוד טיפול	משאבת אינפוזיה	5	-	1	2	2	אישור מתן iv יותנה גם ברכישת הציוד הנייל
25	סיעוד – ציוד טיפול	משאבת האכלה לזונדה/גסטרוסטום שווה ערך ל"קנגורו"	6	-	1	3	4	
26	סיעוד – ציוד טיפול	עמוד עירוני נייד פלב"ם	14	-	1	2	3	עמוד נייד ע"ג 3 גלגלים לפחות, להבטחת יציבות. עשוי פלב"ם (נירוסטה). תואם למשאבות עירוני (קוטר עמוד מתאים)
27	סיעוד – ציוד טיפול	*מחולל חמצן נייד עם חיבור לחשמל	3	-		1	2	* במחלקות שאין אספקת חמצן מרכזית
28	סיעוד – ציוד טיפול	נבולזר חד פעמי (מערכת לאספקת חמצן לחולה)	קרטון	קרטון			קרטון	שימוש במתקן חד פעמי יומידייפר לכל יחידת אספקת חמצן. כמות זמינה ל- 3 מטופלים בכל רגע נתון
29	סיעוד – ציוד טיפול	מסכות חמצן בגדלים שונים	*	*				* בהתאם להגדרת מנהלת הסיעוד

מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה סיעודית- מיטות 36	תשושי נפש – 30 מיטות	מלאי נוסף לפי גודל מוסד (נספח A)			אפיון
					מוסד בינוני קטן	מוסד בינוני גדול	מוסד גדול	
30	סיעוד – ציוד טיפולי	משקפים למתן חמצן Nasal canula	*	*				*בהתאם להגדרת מנהלת הסיעוד
31	סיעוד – ציוד טיפולי	קערה לרחצת חולה	4	2	1	2	4	
32	סיעוד – ציוד טיפולי	עגלת טיפול גדולה נירוסטה או פלסטיק ABS	2	2				
33	סיעוד – ציוד טיפולי	מאזני אדם עם מד גובה	-	1	1	2	3	מאזנים דיגיטליים. יש לתת את הדעת על כיוול/אישור מעבדה/בודק מוסמך שנתי. במחלקות סיעודיות – לפי גודל מוסד.
34	סיעוד – ציוד טיפולי	מאזני ישיבה	1	-			1	מאזנים דיגיטליים. יש לתת את הדעת על כיוול/אישור מעבדה/בודק מוסמך שנתי
35	סיעוד – ציוד טיפולי	מנוף חשמלי לשינוע מטופל	לפי נספח C: מנופים	-	ראה נספח C:	לפי נספח C:	ראה נספח C:	לפחות 6 ערסלים במגוון מידות ואפיונים על פי צרכי המטופלים. כולל ערסלי רחצה. הערסלים יהיו מחומר אנטי בקטריאלי וניתנים לרחיצה וחיטוי. כל הערסלים עם תג יצרן המנוף. רצוי פתיחת רגלים חשמלית.
36	סיעוד – ציוד טיפולי	טרפז + ידית עזר לחולה	6	-				
37	סיעוד – ציוד טיפולי	כיסא שירותים ורחצה נייד, עם רגליות וחגורת בטיחות	כיסא לכל חדר רחצה 80% כסאות עם מפתח קדמי, 20% כסאות עם מפתח עגול	כיסא לכל חדר רחצה 80% כסאות עם מפתח קדמי, 20% כסאות עם מפתח עגול	2	4	6	כיסא ב- 3 מידות רוחב בין 40-50 ס"מ. (מתוכם לפחות אחד במידת רוחב 60 ס"מ), עשוי מחומר אל חלד. מושב עשוי מפלסטיק או חומר מרופד יצוק שאינו סופח נוזלים, גב עשוי חומר פלסטי רחיץ או מבד דמוי עור רחיץ. בעל גימור אחיד וחלק ומתאים לשימוש ללא ביגוד. נייד ע"ג 4 גלגלים, מעצורים בשני הגלגלים האחוריים לפחות, שמאפשרים נעילת הגלגל לצידוד וגלגול. משענות יד פריקות או סובבות לאחור או לפני. רגליות פריקות. משטחי כף רגל ניתנים לקיפול ועשויים מחומר מונע החלקה. * 2 מושבים מרופדים למאושפזים הזקוקים לכך. מידות הכיסא יתאימו לשימוש מעל אסלה. כיסא אחד יהיה מתאים למאושפזים כבדי משקל.

מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה - סיעודית - 36 מיטות	תשושי נפש - 30 מיטות	מלאי נוסף לפי גודל מוסד (נספח A)			אפיון
					מוסד בינוני קטן	מוסד בינוני גדול	מוסד גדול	
38	סיעוד - ציוד טיפולי	כיסא שירותים ורחצה נייד עם הטיה, משענת ראש, רגליות וחגורת בטיחות (ריקליין)	1	-				אפשרות להטיה עד 170 מעלות לפחות. עשוי מחומר אל חלד. מושב עשוי מפלסטיק או חומר מרופד יצוק שאינו סופח נוזלים, גב עשוי חומר פלסטי רחיצ או מבד דמוי עור רחיצ. בעל גימור אחיד וחלק ומתאים לשימוש ללא ביגוד. נייד ע"ג 4 גלגלים מעצורים בשני הגלגלים האחוריים לפחות המאפשרים נעילת הגלגל לציוד וגלגול. משענות יד פריקות או סובבות. רגליות פריקות. משטחי כף הרגל ניתנים לקיפול ועשויים מחומר מונע החלקה. מידות הכיסא יתאימו לשימוש מעל אסלה
39	סיעוד - ציוד טיפולי	אלונקת רחצה	1	-				אלונקה ניידת על גבי 4 גלגלים עם מעצור כפול (ציוד וגלגול) ומשטח רחצה מחומר אנטי בקטריאלי. מומלץ מנגנון שינוי גובה HI-LO ורצועות אבטחה מרופדות לאבטחת חולים באי שקט
40	סיעוד - ציוד טיפולי	מזרון אויר דינמי עם משאבת אויר מותאמת	3	-	1	2		מזרון אויר המותאם לפצעי לחץ בדרגות בינוניות וגבוהות על פי הצהרת היצרן על דרגת הסיכון לפצע לחץ. סימון יצרן יכלול את שם היצרן, דגם המוצר ושנת ייצור.
41	סיעוד - ציוד כללי	מזרונים למיטה	36	30	5	10	15	עובי המזרון 15 ס"מ או יותר. שכבת ספוג תחתונה בעובי 8-9 ס"מ צפיפות 32 ק"ג למ"ק. שכבה עליונה 6-7 ויסקו. צפיפות 60 ק"ג למ"ק. כיסוי המזרון: בלתי חדיר לנוזלים ואנטי בקטריאלי. ניתן לניקוי בכלור בריכוז של 1000 ppm וחיטוי באלכוהול נוזלי 90% + 2% ספריי או אתנול 70%. ניתן לכביסה בטמפרטורה של 80 מעלות לפחות או ניקוי יבש. סימון היצרן כולל את שם היצרן, דגם המוצר ושנת הייצור.
42	סיעוד - ציוד כללי	מיטות פאולר מלא HI-LO			1	2	3	ראה נספח B





מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה סיעודית- 36 מיטות	תשושי נפש – 30 מיטות	מלאי נוסף לפי גודל מוסד (נספח A)			אפיון
					מוסד בינוני קטן	מוסד בינוני גדול	מוסד גדול	
43	סיעוד – ציוד כללי	מיטות עם מעקה בטיחות	-	לפי מספר מטופלים, בהפחתת מס' מיטות הפאולר	1 מיטה לשימוש למטופל גבוה	2 מיטות לשימוש למטופל גבוה	2 מיטות לשימוש למטופל גבוה	מיטה מותאמת למזרון ברוחב מינימלי 90 ס"מ. גובה מיטה מהרצפה כולל המזרון לא יעלה על 50 ס"מ. מראשות המיטה ניתנות לשליפה מהירה לצורך ביצוע החייאה. ראה נספח B
44	סיעוד – ציוד כללי	כורסת מטופל מרופדת עם ידיות	כמספר חדרי האשפוז	כמספר חדרי האשפוז		1	2	מושב וגב מרופדים בריפוד רחיץ, שאינו סופג, חסין אש ואנטי בקטריאלי. רגליות עם גומיות בקצה.
45	אחסון תרופות	מקרר תרופות	1	1				מקרר תרופות יעמוד בדרישות נוהל 126 של אגף הרוקחות, משרד הבריאות). נדרש בכל מחלקה ובכל חדר לאחסון תרופות מוסדי.
46	אחסון תרופות	אוגר טמפרטורה למקרר	*	*				*לפי דרישות נוהל 126 של אגף הרוקחות, משרד הבריאות
47	אחסון תרופות	כספת/מגירה נעולה לאחסון תרופות נרקוטיות 1	1	1				בחדר תרופות מחלקתי ובכל חדר לאחסון תרופות מוסדי.
48	אחסון תרופות	מד חום מינימום/ מקסימום או אוגר טמפ'	*	*				*לניטור ותיעוד הטמפ' בחדר במקומות אחסון התרופות
49	אחסון תרופות	עגלת תרופות נירוסטה או פלסטיק ABS	1	1				
50	ציוד החייאה	עגלת החייאה	1	1				על פי נהלי בתי חולים גריאטריים, נוהל רוחב 0.5.10 "הערכות במצבים דחופים של סיכון חיים, סעיף 7" ונספח 1 לנוהל " הנחיות לתחולת עגלת החייאה ותהליכי אחזקת עגלת החייאה" (מופיע באתר משרד הבריאות) <a href="http://www.health.gov.il/download/ng/0_5_10.pdf">http://www.health.gov.il/download/ng/0_5_10.pdf</a> למחלקה עד 2 מחלקות סמוכות באותו מפלס
51	ציוד החייאה	AIR WAY	1	1				בנוסף לנדרש בעגלת החייאה
52	ציוד החייאה	מערכת ניידת לחמצן עם בלון חמצן	1	1				

מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה סיעודית- 36 מיטות	תשושי נפש – 30 מיטות	מלאי נוסף לפי גודל מוסד (נספח A)			אפיון
					מוסד בינוני קטן	מוסד בינוני גדול	מוסד גדול	
53	ציוד החייאה	מוניטור	1	1			1	למחלקה עד 3 מחלקות באותו מפלס
54	ציוד החייאה	מכשיר א.ק.ג.	1	1			1	למחלקה עד 3 מחלקות באותו מפלס
55	ציוד מניעת זיהומים	חומרים למניעת זיהומים (הדסול ספטל סקרב)	*	*				*ע"פ חוזר מינהל רפואה מלאי קבוע
56	ציוד מניעת זיהומים	מתקן לחומר אנטיספטי	*	*				*ליד כל מיטה ובנקודות מפתח
57	ציוד מניעת זיהומים	מתקן לכפפות	*	*				*בכל נקודת מפתח
58	ציוד מניעת זיהומים	כפפות לטקס או ויניל בגדלים שונים	*					*מלאי לשימוש קבוע
59	ניידות וישיבה	הליכון טלסקופי ללא גלגלים קדמיים	1	1	1	1	1	מומלץ הליכון טרפו. רגליות עם גומיות בעלות בסיס רחב בתחתית. בסיס הגומי יהיה מונע החלקה. ידידות אחיזה מחומר פלסטי או סיליקון בר חיטוי (לא סופח נוזלים וכד'). עובי דופן של השלד יהיה 1.5 מ"מ.
60	ניידות וישיבה	הליכון טלסקופי עם גלגלים קדמיים	6	6	1	2	4	ראה סעיף 59 + גלגלים 5 אינץ' 125 מ"מ, עשוי חומר שאינו משאיר סימנים ע"ג הרצפה.
61	ניידות וישיבה	כורסא גריאטרית מתכווננת עם אפשרות להטיית גב והרמת רגליים	4	-	2	4	6	1 כורסא גריאטרית מעמס עד 250 ק"ג לפחות (יכולה לשמש עד 3 מחלקות) 3 כורסאות גריאטריות מעמס עד 120 ק"ג לפחות. קוטר גלגלים לפחות 4 אינץ'. זוג אחורי יהיה עם מעצור (מומלץ מעצור כפול). סוג ריפוד בלתי חדיר מעכב בערה, אנטי בקטריאלי, סוג חומר השלד של הכיסא בר חיטוי.
62	ניידות וישיבה	כיסא גלגלים מתכוונן במושב ובמשענת הגב יחד ובנפרד (Tilt in space).	2	-	2	4	6	מידות רוחב על פי צרכי המטופלים. מושב וגב מרופדים. תמיכת ראש מתכווננת. צמיגי "אל תקר" (PU) להפחתת ויברציות בזמן שינוע.
63	ניידות וישיבה	כיסא גלגלים עם גב הטיה	4	-	2	4	6	מגוון מידות רוחב לפי צרכי המטופלים. צמיגי "אל תקר" (PU) להפחתת ויברציות בזמן שינוע. רגליות מתרוממות. אפשרות להטיה ועצירה בכל זוויות. גב הטיה כולל תמיכת ראש נשלפת. ייצוב גב על ידי מוט מקשר.



מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה - סיעודית - 36 מיטות	תשושי נפש - 30 מיטות	מלאי נוסף לפי גודל מוסד (נספח A)			אפיון
					מוסד בינוני קטן	מוסד בינוני גדול	מוסד גדול	
64	ניידות וישיבה	כיסא פריק - פריק מתקפל במגוון מידות רוחב ועומק	36	6	2	4	6	במגוון מידות רוחב 40,45,51,55-60 ס"מ. במגוון סוגי רגליות (אנכיות/מתרוממות) ומשענות ידיים. (שלמות/שולחנית/טלסקופיות), עומק המושב בין 40-45 ס"מ. גובה המושב 50 + 2 ס"מ. אפשרות לשינוי גובה המושב ע"י שינוי מיקום הגלגלים בציר האנכי בלפחות מיקום אחד נוסף. בתאום עם הפיזיותרפיסט/מרפא בעיסוק. צמיגי "אל תקרי" (PU) להפחתת ויברציות בזמן שינוע.
65	ניידות וישיבה	כריות ואמצעי תמיכה לשיבה ושכיבה	*	*				*מגוון אמצעים כגון כריות תמיכה, ע"פ צרכי המטופלים, בהתאם להגדרת אנשי המקצוע מתחומי הפיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק והסיעוד.
66	ניידות וישיבה	כריות מושב למניעת פצעי לחץ	36	6	6	10	14	מבחר כריות מחומרים שונים כגון: ויסקואלסטי, גיל או אוויר או שילוב שלהם. מתוכם 4 כריות המותאמות לפצעי לחץ בדרגות בינוניות וגבוהות על פי הצהרת היצרן על דרגת הסיכון לפצע לחץ. מבנה הכריות בצורות שונות על פי צרכי המטופלים. כיסויי הכריות יהיה מחומר בלתי חדיר, אנטי בקטריאלי וניתן לניקוי.
67	ניידות וישיבה	שולחניות לכיסאות גלגלים	10	3		2	4	לפחות 20% מתוכן שקופות ניתנות לניקוי וחיטוי
68	ניידות וישיבה	מקל הליכה טלסקופי	1	4		1	2	מסוגים שונים, לפי צרכי המטופלים ושיקול דעת הפיזיותרפיסט.
69	פיזיותרפיה	אביזרי עזר ל - A.D.L	*	*				* כמות וסוג בהמלצת פיזיותרפיסט לכל אולם פיזיותרפיה המשמש עד 3 מחלקות.
70	פיזיותרפיה	אביזרים לטיפול בכפות ידיים	*	*				*כמות וסוג בהמלצת פיזיותרפיסט לכל אולם פיזיותרפיה המשמש עד 3 מחלקות.
71	פיזיותרפיה	גלילים טיפוליים לפיזיותרפיה	1	-				הגודל יקבע ע"י פיזיותרפיסט.
72	פיזיותרפיה	הליכון אמנות הידראוולי / פנאומטי	2	1				
73	פיזיותרפיה	כדורי BOBATH	2	1				סוג/קוטר יקבע ע"י פיזיותרפיסט לכל אולם פיזיותרפיה המשמש עד 3 מחלקות.



מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה סיעודית- 36 מיטות	תשושי נפש – 30 מיטות	מלאי נוסף לפי גודל מוסד (נספח A)			אפיון
					מוסד גדול	מוסד בינוני גדול	מוסד בינוני קטן	
74	פיזיותרפיה	כיסא אוכף עם גלגלים או כיסא מטפל נייד אחר	1	1				עם אפשרות לשינוי גובה, פנאומטי או הידראולי. לכל אולם פיזיותרפיה המשמש עד 3 מחלקות
75	פיזיותרפיה	מכשיר לחימום עם 4 כריות / 4 כריות לחימום במיקרוגל.	1	1				כריות בצורות שונות המתאימות לגב וצוואר. לכל אולם פיזיותרפיה המשמש עד 3 מחלקות
76	פיזיותרפיה	לוח מודעות	1	1				לכל אולם פיזיותרפיה המשמש עד 3 מחלקות
77	פיזיותרפיה	מגוון מכשירים לשיכוך כאבים וגירוי עצבי	2	2		1		לדוגמא: U.S, TENS אחר. בהמלצת הפיזיותרפיסט לכל אולם פיזיותרפיה המשמש עד 3 מחלקות
78	פיזיותרפיה	מיטת טיפולים רחבה במידות 1.40X2.00 מטר HI-LO חשמלית.	1	1				ניידת ע"ג גלגלים, מתאימה לעומס של 250 ק"ג לפחות (מטופל ומטפל) ומתאים לעבודה עם מנוף להעברת מטופל. לכל אולם פיזיותרפיה המשמש עד 3 מחלקות
79	פיזיותרפיה	עמידון	1	-				לכל אולם פיזיותרפיה המשמש עד 3 מחלקות.
80	פיזיותרפיה	מכשור VIRTUAL REALITY (מציאות מדומה) + מסך 37" + תכנה	1	1				לכל אולם פיזיותרפיה המשמש עד 3 מחלקות. רצוי עמדה ניידת.
81	פיזיותרפיה	מיקרוגל	1	1				למטרת חימום כריות מתאימות (אלא אם יש מכשיר חימום כריות מסוג אחר) לכל אולם פיזיותרפיה המשמש עד 3 מחלקות.
82	פיזיותרפיה	מכשיר אקטיבי / פסיבי לגפיים עליונות ותחתונות	2	2				לדוגמא: גלקסי, A.P.T, או מכשיר כושר מותאם אחר לכל אולם פיזיותרפיה המשמש עד 3 מחלקות.
83	פיזיותרפיה	מנוף חשמלי לשינוע מטופל	*1	-				לכל אולם פיזיותרפיה המשמש עד 3 מחלקות. *במידה וחדר הפיזיותרפיה נמצא בסמוך למחלקה סיעודית ניתן להסתפק במנוף המחלקה.
84	פיזיותרפיה	שרפרף	2	2				רצוי בשני גבהים שונים לכל אולם פיזיותרפיה המשמש עד 3 מחלקות.



מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה סיעודית- 36 מיטות	תשושי נפש – 30 מיטות	מלאי נוסף לפי גודל מוסד (נספח A)			אפיון
					מוסד גדול	מוסד בינוני גדול	מוסד בינוני קטן	
85	פיזיותרפיה	רשת מתלים או Therapy Master עם מערכת מתלים/סלינגים תואמת	1	1				המערכת תכלול רצועות, חבלים, קפיצים וגלגליות. לכל אולם פיזיותרפיה המשמש עד 3 מחלקות.
86	פיזיותרפיה	מקבילים	1	1				לא יפחת מ-3 מ' אורך וברוחב 70 ס"מ. אפשרות לגובה משתנה. עשוי מחומר אל חלד. יציב / או מקובע לרצפה על פי הוראות היצרן. לכל אולם פיזיותרפיה המשמש עד 3 מחלקות.
87	פיזיותרפיה	מראה ניידת	1	1				לכל אולם פיזיותרפיה המשמש עד 3 מחלקות.
88	פיזיותרפיה	מגון משקולות יד ורגל	4	4				בהמלצת הפיזיותרפיסט לכל אולם פיזיותרפיה המשמש עד 3 מחלקות.
89	פיזיותרפיה	סולם שוודי	1	1				לכל אולם פיזיותרפיה המשמש עד 3 מחלקות.
90	פיזיותרפיה	ציוד לטיפול בתנועה	בכמות המאפשרת טיפול בקבוצה	בכמות המאפשרת טיפול בקבוצה				מקלות, טבעות, כדורים, חישוקים רצועות THERA BAND במגוון דרגות קושי, על פי החלטת הפיזיותרפיסט
91	פיזיותרפיה	אמצעי לתמיכה והעברת מטופלים	1			1		כגון קרש החלקה, סדין החלקה, חגורת תמיכה על פי שיקול דעת הפיזיותרפיסט.
92	ריפוי בעיסוק	אמצעי אבחון סטנדרטים קוגניטיביים וסנסומוטוריים	*	*				*מוסדי
93	ריפוי בעיסוק	אמצעים מוטוריים להפעלה פרטנית וקבוצתית	*	*				* למחלקה עד 3 מחלקות
94	ריפוי בעיסוק	אמצעים קוגניטיביים להפעלה פרטנית וקבוצתית	*	*				* למחלקה עד 3 מחלקות
95	ריפוי בעיסוק	אביזרי עזר ל – A.D.L ול – I.A.D.L	*	*				* כמות וסוג בהמלצת המרפא בעיסוק.



מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה סיעודית- 36 מיטות	תשושי נפש – 30 מיטות	מלאי נוסף לפי גודל מוסד (נספח A)			אפיון
					מוסד גדול	מוסד בינוני גדול	מוסד בינוני קטן	
96	ריפוי בעיסוק	מחשב נייד/נייח	1	1				המחשב ישמש להפעלת מטופלים. מידות המסך וסוג המקלדת והעכבר ייבחרו בתאום עם המרפא בעיסוק, בהתאם לאוכלוסיית המחלקה.
97	ריפוי בעיסוק	טאבלט (מחשב לוח)	3	3				לכל מחלקה
98	ריפוי בעיסוק	מכשור VIRTUAL REALITY (מציאות מדומה) + מסך 37" + תכנה	1					WII או SONY PLAY STATION בהתאם לתמהיל המטופלים. מעל מעמד נייד. לכל המחלקות באותו מבנה
99	ריפוי בעיסוק	תוכנות מחשב מתאימות לאוכלוסייה המטופלת	*	*				* כגון: משחקי שיפור זיכרון ותרגול קוגניטיבי, התאמה, חברה. התוכנות ייבחרו בתאום עם המרפא בעיסוק, בהתאם לאוכלוסיית המחלקה. מוסדי
100	ריפוי בעיסוק	מכשיר למינציה	1	1				מוסדי
101	ריפוי בעיסוק	נגני מוזיקה אישיים. מלאי אזניות עם קשתות לשימוש אישי כמספר המטופלים	6	6				לכל מחלקה
102	ריפוי בעיסוק /קלינאית תקשורת	מערכת להגברת שמיעה אישית	*	*				*לפי הגדרת המטפל במוסד
103	ריפוי בעיסוק	תנור אפיה על מעמד נייד	*	*	1	1	2	מוסדי
104	ריפוי בעיסוק	פלטה חשמלית קטנה	*	*	1	1	2	מוסדי
105	ריפוי בעיסוק	לוח שעם	1	1				ישמש לתליית עבודות של מטופלים. באורך של לפחות 1.5 מטר
106	ריפוי בעיסוק	לוח מחיק	1	1				
107	ריפוי בעיסוק	מערכת שמע ניידת (רדיו דיסק)	1	1				1

מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה סיעודית- 36 מיטות	תשושי נפש – 30 מיטות	מלאי נוסף לפי גודל מוסד (נספח A)			אפיון
					מוסד גדול	מוסד בינוני גדול	מוסד בינוני קטן	
108	ריפוי בעיסוק	משחקי חברה	*	*				*מגוון בתאום מרפא בעיסוק
109	ריפוי בעיסוק	שולחן טיפולי מתכוונן לריפוי בעיסוק	1	-				
110	ריפוי בעיסוק	מערכת מולטימדיה	1	1				בחדר יום/תעסוקה
111	ריהוט וציוד נייד	ארון במידות 60/60/210 לפחות, לכל מטופל	36	30				גוף, דפנות, דלתות ומדפים מסיבית דחוסה מעולה או MDF בגמר מלמין יצוק (לא מודבק) עם קנט P.V.C. 1.2 מ"מ. גב ארון דיקט 4 מ"מ עם פורמייקה מבפנים. צירים ומסילות סוג "בלום" גרמני. ידיות מתכת צורה ארגונומית מאלומיניום. בכל דלת שלושה צירים מעולים, ורוחב כל כנף דלת 30 ס"מ. בדופן צד יבוצע חרור לכל האורך לאפשר שינוי בגובה מדפים. בתחתית יורכבו רגלי פילוס מתכווננות בגובה מינימלי של 3 ס"מ, למניעת מגע מי שטיפה. בכל ארון יתוכנן חלק פנימי קטן הניתן לנעילה לשמירת חפצים אישיים.
112	ריהוט וציוד נייד	ארונית אישית לכל מטופל	36	30	2	1		עשויה מחומר עמיד למים וניתן לניקוי וחיטוי. כוללת תא ומגירה אחת לפחות עם אפשרות נעילה. ניידת על גלגלים עם מעצור (אפשרי עם גלגלים אחוריים, ורגלים קבועות). משטח עליון בגובה 69-75 ס"מ מהרצפה.
113	ריהוט וציוד נייד	ארון לאחסון תיקי מטופלים - תאים/מגירות	1	1				כמות תאים/ מגירות לפי מס' מטופלים + 10% רזרבה
114	ריהוט וציוד נייד	ארון מפתחות נעול	1	1				
115	ריהוט וציוד נייד	ארון תרופות הניתן לנעילה	1	1				
116	ריהוט וציוד נייד	ארון מלתחה (לוקרים)	*	*				כמות הלוקרים – לפי כמות הצוות במחלקה.
117	ריהוט וציוד נייד	טלויזיה מסך גדול	1	1				אם קיים- לפחות 40 אינץ', ברכישה חדשה 60 אינץ' ומעלה. התקנה בגובה שמאפשר צפייה בישיבה בכיסא גלגלים

מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה סיעודית- 36 מיטות	תשושי נפש - 30 מיטות	מלאי נוסף לפי גודל מוסד (נספח A)			אפיון	
					מוסד גדול	מוסד בינוני גדול	מוסד בינוני קטן		
118	ריהוט וציוד נייד	כיסא למטופל, מרופד עם משענות ידיים	12	60		20	35	כיסא מרופד בחומר שאינו סופג וניתן לשטיפה וחיטוי נדרש באזורים ציבוריים (חדר אוכל, יום/תעסוקה) ובחדרי טיפול	
119	ריהוט וציוד נייד	כיסא אורח (מגוון עם וללא משענות ידיים)	36	36	יפוזרו באזורים ציבוריים, משרדים שמקבלים קהל וחדרי מטופלים			כיסא עם ארבע רגליים ומשענת גב. מושב - מרופד עם צפוי ויניל דמוי עור (לא בד). אין חובת ריפוד לגב. כיסא מתכת - קונסטרוקציה תבוצע עם צנרת בעובי דופן מינימלי של 2 מ"מ וציפוי בניקל או צבע בתנור בהתאם לתקן. כיסא עץ - הרגליים תהיינה מעץ קשה, ושתי קושרות נמוכות, מלבד קושרת מסגרת ראשית מתחת למושב. העץ יצופה שתי שכבות לכה אקרילית מעל לצבע בייץ. בכל רגל יותקן כפתור פלסטיק תחתון בגובה 10 מ"מ למניעת מגע עם מי שטיפה.	
120	ריהוט וציוד נייד	כיסא עם משענות ידיים	10	10		10	15	כיסאות נערמים המתאימים לעמידה בתנאי חוץ	
121	ריהוט וציוד נייד	כיסא משרדי (מזכירה / ייעול)  לפחות 2 יהיו בחדר אוכל וישמשו למטופלים להאכלה	*	*				* לפי צרכי המחלקה כיסא מסתובב על גלגלים, עם מושב עולה/יורד משענת גב ניתנת להטיה ומשענות יד נוחות וקבועות. הריפוד יהיה מויניל דמוי עור או בד עם אימפרגנציה גבוהה למניעת ספיגת נוזלים וזיהומים. קונסטרוקציית המתכת תהיה עמידה לשיחה, ותאפשר ניקוי וחיטוי בחומרי ניקוי ללא יצירת קילוף. הגלגלים יהיו מסיליקון.	
122	ריהוט וציוד נייד	לוח מודעות	*	*				* נדרש באזורים ציבוריים ובחדרי עבודה/טיפול.	
123	ריהוט וציוד נייד	לוח מחיק + מעמד נייד 100X80 ס"מ	1	1				נדרש באזורים ציבוריים ובחדרי עבודה/טיפול.	
124	ריהוט וציוד נייד	מד טמפרטורת החדר	*	*		2	4	6	* לכל חדר אשפוז, חדרי הטיפול ואזורים ציבוריים
125	ריהוט וציוד נייד	מדפים במחסנים - או עגלות מדפים	*	*					* בהתאם לשיטה הנהוגה במוסד



מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה סיעודית- 36 מיטות	תשושי נפש – 30 מיטות	מלאי נוסף לפי גודל מוסד (נספח A)			אפיון
					מוסד בינוני קטן	מוסד בינוני גדול	מוסד גדול	
126	ריהוט וציוד נייד	מדפים מעל לכיורים	*	*				* בכל מקום שיש כיור לשטיפת ידיים
127	ריהוט וציוד נייד	מזוזות	*	*				* לפי תכנון המבנה
128	ריהוט וציוד נייד	מחשב / PC קומפלט	*	*				* הכמות בהתאם לצרכי עבודה משרדית שוטפת ולעבודה עם מטופלים.
129	ריהוט וציוד נייד	מכשיר להשמעת מוסיקה	2	2			1	
130	ריהוט וציוד נייד	מנורת לילה מחוברת לקיר – בחדרי אשפוז	36	30				
131	ריהוט וציוד נייד	מראה מעל/סמוך לכיורים	*	*				בגובה שמאפשר שימוש גם לאנשים המתניידים בכיסא גלגלים. * בכל חדר המכיל כיור רחיצת ידיים
132	ריהוט וציוד נייד	מתקן מי שתיה קרים/חמים	1	1			1*	שליטה מבוקרת על ברז המים החמים. * במרחב הציבורי של המוסד
133	ריהוט וציוד נייד	סל ניירות	*	*				* לפי הצורך
134	ריהוט וציוד נייד	עגלת 3 מדפים לחלוקה ואיסוף	6	6				מטבחון מחלקתי+ מחסנים
135	ריהוט וציוד נייד	שולחן לעד 4 מטופלים	*	*				פלטה מלוח 28 מ"מ עם חיפוי פורמייקה (לא מלמין) משני צדדיו. גמר שוליים (קנט) ע"י עץ מאסיבי קשה, או קנט P.V.C. לנעיצה. 4 רגליים מצנינור מתכת (רצוי מרובע 2/50/50 מ"מ) הרתמות לקושרת היקפית מתחת לפלטה. קונסטרוקציית המתכת מגולוונת וצבועה. לכל רגל תותקן תושבת פלסטיק תחתונה בגובה 10 מ"מ לפחות. מידות וגובה שולחנות יותאמו לסוג מטופלים (בסיעודית תתאפשר גישה לסועדים בכיסא גלגלים. בתשושי נפש שולחנות יותאמו לישיבה בכיסא סטנדרטי) * כמות השולחנות תתאים לכמות המטופלים במחלקה.
136	ריהוט וציוד נייד	שולחן משרדי עם שלוחה למחשב	*	*				* בהתאם לפריסת הצוות הרפואי/ סיעודי/טיפולי



מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה סיעודית- 36 מיטות	תשושי נפש - 30 מיטות	מלאי נוסף לפי גודל מוסד (נספח A)			אפיון
					מוסד גדול	מוסד בינוני גדול	מוסד בינוני קטן	
137	ריהוט וציוד נייד	שולחן תרבות/קפה נמוך	*	*				* בהתאם לצורך
138	ריהוט וציוד נייד	שעון קיר עם מספרים גדולים	*	*				* בחדרי טיפול ושטחים ציבוריים לפחות
139	ריהוט וציוד נייד	תיקי גיליונות חולה	*	*				
140	ריהוט וציוד נייד	תיקיה 5 מגירות	1	1				לתחנת אחות ועבודת אחיות. כמות התאים/ מגירות בתיקיה יהיה לפי מס' מטופלים + 10% רזרבה
141	טקסטיל	וילון דקורטיבי	*	*				*בחלונות, לשם הצללה מבוקרת, במידה ואין פתרון אחר במחלקה. בכמות שתספיק למחזורי כביסה שוטפים בתוספת של 20% רזרבה הוילונות יהיו מחומר העומד בתקנים לעיכוב בעירה ודחיית לכלוך, ניתנים לניקוי.
142	טקסטיל	וילון הפרדה לשמירת פרטיות המטופל	*	*				*סביב כל מיטת מטופל וכל מיטת טיפולים. בכמות שתספיק למחזורי כביסה שוטפים בתוספת של 20% רזרבה הוילון יהיה מחומר עמיד העומד בתקנים לעיכוב בעירה ודחיית לכלוך, ניתן לניקוי. המסילה מאלומיניום, בגובה מינימום 240 ס"מ מהרצפה. המתלים מאוקולון המאפשר תנועה חלקה. קצה תחתון של הוילון יהיה בגובה מקסימלי של 30 ס"מ הרצפה.
143	טקסטיל	כלי מיטה - סדינים, ציפות לשמיכות וציפיות לכריות	*	*				* בכמות שתספיק למחזורי כביסה שוטפים בתוספת של 20% רזרבה מבד בהרכב 50% כותנה לפחות וציפיות חוטים 220.
144	טקסטיל	כריות	*	*				* בכמות שתספיק למחזורי כביסה שוטפים בתוספת של 20% רזרבה מילוי סינטטי, עמידות בכביסה.

מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה - סיעודית- 36 מיטות	תשושי נפש - 30 מיטות	מלאי נוסף לפי גודל מוסד (נספח A)			אפיון
					מוסד גדול	מוסד בינוני גדול	מוסד בינוני קטן	
145	טקסטיל	מגן מבד מרופד לדפנות המיטה	*	*				* בכמות שתספיק למחזורי כביסה שוטפים בתוספת של 20% רזרבה עמיד בכביסה.
146	טקסטיל	שמיכות קיץ	*	*				* בכמות שתספיק למחזורי כביסה שוטפים בתוספת של 20% רזרבה קלות, עמידות בכביסה, מסוג פיקה או שווה ערך.
147	טקסטיל	שמיכות חורף	*	*				* בכמות שתספיק למחזורי כביסה שוטפים בתוספת של 20% רזרבה מילוי אקרילי, עמידות בכביסה.
148	מטבחון מחלקתי-כלי אוכל	מערכת סכו"ם כפולה (חלבי/בשרי) הכוללת: סכין, מזלג, כף וכפית לכל דייר	*	*				* כמות לכל פריט תחושב לפי מספר המאושפזים + תוספת של 20% רזרבה תפעולית הסכו"ם יהיה מנירוסטה באיכות 18/10, מסוג המתאים לשימוש ע"י אנשים עם יכולת אחיזה מוגבלת. את הסכו"ם יש להבדיל באמצעות סימון מיוחד למערכת חלבית ובשרית.
149	מטבחון מחלקתי-כלי אוכל	מגש אוכל (חלבי/בשרי)	*	*				* כמות לכל פריט תחושב לפי מספר המאושפזים + תוספת של 20% רזרבה תפעולית מפלסטיק עמיד חום ומדיח, בצבע מנוגד לצבעי כלי האוכל האישיים של המטופל
150	מטבחון מחלקתי-כלי אוכל	מגשי לחם	*	*				*לכל שולחן סועדים
151	מטבחון מחלקתי-כלי אוכל	מיכל סוכר שולחני (מסכרת)	*	*				*לכל שולחן סועדים
152	מטבחון מחלקתי-כלי אוכל	מלחיה/פלפליה	*	*				*לכל שולחן סועדים מנירוסטה.

מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה - סיעודית - 36 מיטות	תשושי נפש - 30 מיטות	מלאי נוסף לפי גודל מוסד (נספח A)			אפיון
					מוסד בינוני קטן	מוסד בינוני גדול	מוסד גדול	
153	מטבחון מחלקתי - כלי אוכל	מערכת כלי אוכל כפולה (חלבי/בשרי) כמפורט באפיון.	*	*				* כמות לכל פריט תחושב לפי מספר המאושפזים + תוספת של 20% רזרבה תפעולית. המערכת כוללת: 1. צלחת שטוחה למנה ראשונה, קוטר מינימלי 18 ס"מ 2. צלחת עמוקה עיקרית, קוטר מינימלי 25 ס"מ 3. צלחת שטוחה למנה עיקרית, קוטר מינימלי 25 ס"מ 4. צלוחית עמוקה למרק/דייסה המכילה 350 מ"ל לפחות 5. צלוחית ליפתן עמוקה המכילה 200 מ"ל לפחות 6. תחתיות לספלים * צלחות וקערות מפורצלן כבד המתאים לשימוש במוסד ציבורי או חומר פלסטי עמיד לשריטות ומאושר להדחה במדיח כלים. * כלי אוכל (חלבי/בשרי) יהיו בצבע מנוגד למגש אוכל (חלבי/בשרי בהתאם)
154	מטבחון מחלקתי - כלי אוכל	הגבהה לדופן צלחת להמיפלגים	20					10 חלבי, 10 בשרי, לפי המלצת מרפא בעיסוק
155	מטבחון מחלקתי - כלי אוכל	מגוון אביזרי עזר לאכילה ולהאכלה	*	*				* בתאום עם המרפא בעיסוק
156	מטבחון מחלקתי - כלי אוכל	מרקיות ל - 4 מנות	*	*				* לכל שולחן סועדים נירוסטה או פלסטיק עמיד חום.
157	מטבחון מחלקתי - כלי אוכל	ספלים לשתייה קרה וחמה (חלבי/בשרי)	*	*				* כמות כל פריט כמספר מטופלים + תוספת 20% רזרבה תפעולית ספלים עם ידית המאפשרת אחיזה נוחה ובטוחה, רצוי מחומר פלסטי עמיד ומאושר להדחה במדיח כלים.
158	מטבחון מחלקתי - כלי אוכל	קנקנים לשתייה קרה/חמה (חלבי/בשרי)	*	*				* לכל שולחן סועדים הקנקנים לשתייה חמה יהיו בטיחותיים מנירוסטה. תוספת 10% רזרבה תפעולית.
159	מטבחון מחלקתי - ציוד חשמלי/מכני	בלנדר (מערבל מזון) עם מיכל מזכוכית **	1	1				1



מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה סיעודית - 36 מיטות	תשושי נפש - 30 מיטות	מלאי נוסף לפי גודל מוסד (נספח A)			אפיון
					מוסד בינוני קטן	מוסד בינוני גדול	מוסד גדול	
160	מטבחון מחלקתי - ציוד חשמלי/מכני	מאזניים לשקילת מנות מזון עד 1 ק"ג עם דיוק של 50 גרם	1	1			1	למחלקה עד 3 מחלקות סמוכות
161	מטבחון מחלקתי - ציוד חשמלי/מכני	מדיח כלים חצי תעשייתי, טמפרטורת הפעלה של 82 מעלות.	1	1				
162	מטבחון מחלקתי - ציוד חשמלי/מכני	מיקרוגל	1	1				*לשימוש הצוות בלבד
163	מטבחון מחלקתי - ציוד חשמלי/מכני	מסחטת מיץ הדרים עם זרוע/חשמלית	1	1				
164	מטבחון מחלקתי - ציוד חשמלי/מכני	מקרר תעשייתי של לפחות 500 ליטר, כולל מקפיא	1	1				נדרש חיבור מקרר לאוגר נתונים מדידת טמפרטורה. לא ישמש לאחסון מזון שמגיע מחוץ למוסד (צוות ומשפחות). במקרה כזה יש לדאוג למקרר נוסף שימוקם מחוץ למטבחון המחלקתי (בחדר אוכל/חדר יום)
165	מטבחון מחלקתי - ציוד חשמלי/מכני	עגלות חימום/קירור	*	*				* כמות בהתאם לשיטת הזנה מאושרת
166	מטבחון מחלקתי - ציוד חשמלי/מכני	עגלת תה מנירוסטה	1	1				
167	מטבחון מחלקתי - ציוד חשמלי/מכני	תנור אפיה	1	1				

מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה סיעודית- 36 מיטות	תשושי נפש – 30 מיטות	מלאי נוסף לפי גודל מוסד (נספח A)			אפיון
					מוסד בינוני קטן	מוסד בינוני גדול	מוסד גדול	
168	מטבחון מחלקתי - ציוד עזר	טרמופורטים, בשרי/חלבי	*	*				* בהתאם לשיטת הפעלת מטבחים וציוד מאושר על ידי משרד הבריאות
169	מטבחון מחלקתי - ציוד עזר	כלי מדידה וכפות מדידה	*	*				* כמות בהתאם לצרכי משתמש נדרש במטבח "מבשל"
170	מטבחון מחלקתי - ציוד עזר	כלים לטרמופורטים בגדלים שונים	*	*				* בהתאם לשיטת הפעלת מטבחים וציוד מאושר על ידי משרד הבריאות
171	מטבחון מחלקתי - ציוד עזר	כפות חלוקה	*	*				
172	מטבחון מחלקתי - ציוד עזר	מד- חום למדידת טמפרטורת המזון	1	1	1	1	1	
173	מטבחון מחלקתי - ציוד עזר	מצקות	*	*				* כמות בהתאם לצרכי משתמש
174	מטבחון מחלקתי - ציוד עזר	צלחת 3 חלקים למזון טחון בבלנדר	*	*				* כמות בהתאם לצרכי משתמש
175	אשפה ניקיון וסניטציה	אוגר כביסה מלוכלכת עם מכסה, מופעל רגל	*5	*5				מכסה קשיח ופתיחה באמצעות רגלית, למניעת זיהומים. *נדרש כאשר במוסד יש מכבסה. אם משתמשים במיקור חוץ, מספר האוגרים יהיה בהתאם למחזור הכביסה
176	אשפה ניקיון וסניטציה	דלי ניקיון גדול	6	6	6			במחסנים + בחדר כלי ניקוי
177	אשפה ניקיון וסניטציה	דלי ניקיון קטן	3	3	3			במחסנים + בחדר כלי ניקוי
178	אשפה ניקיון וסניטציה	מגב רצפה	*	*				*כמות בהתאם לצורך ולפחות בכל החדרים ה"רטובים"



מס'	קטגוריה	פריט	מחלקה סיעודית- 36 מיטות	תשושי נפש – 30 מיטות	מלאי נוסף לפי גודל מוסד (נספח A)			אפיון
					מוסד גדול	מוסד בינוני גדול	מוסד בינוני קטן	
179	אשפה ניקיון וסניטציה	מיכל ומברשת לבית שימוש	*	*				* נדרש ליד כל אסלה במחלקה + רזרבה
180	אשפה ניקיון וסניטציה	מיכל לפסולת עם מכסה מופעל רגל	*	*				* לפי כמות החדרים במחלקה (חדרי אשפוז, חדרי טיפול, שירותים וכו')
181	אשפה ניקיון וסניטציה	מתקן לנייר לניגוב ידיים (שליפת נייר ללא מגע יד).	*	*				* ליד כל כיור במחלקה
182	אשפה ניקיון וסניטציה	מתקן לסבון לרחצת ידיים (למילוי חד פעמי).	*	*				* ליד כל כיור במחלקה
183	אשפה ניקיון וסניטציה	סולם 1.5 מ' עם משטח דריכה	1	1				
184	אשפה ניקיון וסניטציה	סירי מיטה	5	2				אין צורך במידה והמוסד משתמש בסירי מיטה מסוג חד פעמי
185	אשפה ניקיון וסניטציה	בקבוק שתן	5	2				אין צורך במידה והמוסד משתמש בקבוקי שתן מסוג חד פעמי.
186	אשפה ניקיון וסניטציה	גורס סירים ובקבוקים	*	*				במידה והמוסד משתמש בסירים ובקבוקים חד פעמיים
187	אשפה ניקיון וסניטציה	עגלת אשפה	2	2				כאשר קיים פיר פינוי אנכי ניתן להסתפק בעגלת אחת למחלקה.
188	אשפה ניקיון וסניטציה	עגלת כביסה נקייה	2	2				
189	אשפה ניקיון וסניטציה	עגלת ניקיון מנירוסטה	2	2				לחדר חומרים וכלי ניקוי
190	אשפה ניקיון וסניטציה	פח פסולת 25 ליטר עם מכסה	1	1				לחדר כלים וכביסה מלוכלכת
191	כללי	שילוט - לפי הנחיות משרד הבריאות	*	*				* לפי תכנית לכל החדרים במחלקה, כולל חדרים ייעודיים



**דגשים נוספים לרשימת ההצטיידות:**

1. בכל מקום שכתוב כי כמות הפריטים לפי מספר מטופלים – הכוונה היא לפחות לפי מספר מיטות ברישוי.
2. במחלקות עם מספר מיטות שונה מהתקן, כמות פרטי הציוד שחושבו לפי מספר מטופלים תותאם למספר מיטות הרישוי.
3. במצבים של תפוסת יתר זמנית, שאושרה על ידי משרד הבריאות, יהיה ציוד הנדרש לכל מטופל.
4. על כל רכש מכל סוג שהוא במתקן בריאות לעמוד בתקנים ישראלים קיימים, הרלוונטיים לציוד הנרכש, ובהעדר תקן ישראלי, בתקנים בינלאומיים מקובלים.
5. כל המכשור הרפואי חייב להיות מאושר על ידי מחלקת אביזרים ומכשירים רפואיים (אמ"ר) של משרד הבריאות.
6. פרטי הציוד והריהוט יעמדו בדרישות של עמידות בחיטוי וניקוי, בהיבט מניעת זיהומים.
7. פרטי הציוד והריהוט יהיו בעלי פינות מעוגלות, למניעת פגיעה במטופלים ובצוות.
8. רשימת ההצטיידות בסיסית. למשרד הבריאות הזכות לדרוש ציוד נוסף בהתאם לאופי פעילות המחלקה, שיטת ההזנה ושיטת פינוי וטיפול בפסולת ובכביסה.



נספח A

הגדרת גודל מוסד

מוסד שבו מחלקה אחת (עד 36 מיטות, כולל)	<b>מוסד קטן</b>	1
<p>נחלק לשני סוגים:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• מוסד בינוני קטן – מוסד שבו 2-3 מחלקות או 37 – 108 מיטות</li> <li>• מוסד בינוני גדול – מוסד שבו 4-5 מחלקות או 109 – 200 מיטות</li> </ul>	<b>מוסד בינוני</b>	2
מוסד שבו 6 מחלקות ומעלה או מעל 200 מיטות.	<b>מוסד גדול</b>	3

**נספח B**

**מיטות: אפיון כללי**

**דרישות בסיס:**

1. יש לצרף אישור מכון התקנים למיטה חשמלית.
2. יש לצרף אישור אמ"ר של משרד הבריאות שהמיטה מתאימה לייעודה (בית חולים) ורשומה ומאושרת בפנקסי אמ"ר באישור תקף.

**דרישות נוספות למיטות סיעודיות: (ראה סעיף 42)**

<p>1 <b>כללי</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• מסוג HI-LO כולל טרנדלנבורג ורוורס טרנדלנבורג (רצוי מיטות שיוורדות לגובה נמוך).</li> <li>• מסך כל המיטות 5 יהיו HI-LO חשמלי, בין 3-4 מנועים</li> <li>• עומס משקל מרבי מינימלי 230 ק"ג (כולל אבזור).</li> <li>• רוחב מיטה לא יעלה על 105 ס"מ.</li> <li>• מבנה המיטה יאפשר עבודה עם מנוף אדם (מרווח גחון תחתון של 14 ס"מ לפחות).</li> <li>• תפעול הדופן (סגירה ופתיחה) יתאפשר רק על ידי אדם העומד מחוץ למיטה (לא יתאפשר על ידי המאושפז) ומומלץ באמצעות יד אחת. נדרשת אפשרות תפעול משני צידי המיטה</li> <li>• מראשות המיטה יהיו ברות שליפה מהירה לצורך החייאה.</li> <li>• שלד ודופן המיטה יהיו עשויים מחומר אל חלד שאינו סופח זיהומים והינו בר חטוי בהתאם להנחיות היחידה למניעת הזיהומים.</li> <li>• נדרשת אפשרות להתקנת ידית עזר לחולה/טרפז מימין ומשמאל למיטה</li> <li>• מומלץ שתהיה הכנה למעמד לעירוני (בצד הראש בלבד).</li> </ul>
<p>2 <b>גובה</b></p>	<p>גובה המיטה מהרצפה כולל המזרון – הנמכת המיטה תאפשר הגעה לגובה של 50 ס"מ מהרצפה .</p>
<p>3 <b>דפנות צד</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• גובה הדופן במצב סגור יהיה 35-40 ס"מ לפחות מעל מצע המיטה.</li> <li>• אורך הדופן יהיה מלא לאורך כל המיטה, בהתאם לתקן בטיחות 2-52-60601</li> </ul>
<p>4 <b>גלגלים</b></p>	<p>4 גלגלים בעלי מעצור כפול לנעילת גלגול וציוד, אל חלד.</p>



## נספח B

## דרישות נוספות למיטות לתשושי נפש:

\* מיטות פאולר מלא HI-LO, יהיו לפי מפרט של מיטות סיעודיות לעיל. יתר המיטות (מיטות עם מעקה בטיחות – סעיף 43) יהיו כמפורט להלן:

1	כללי	<ul style="list-style-type: none"> <li>• עומס משקל מרבי מינימלי 230 ק"ג (כולל אבזור).</li> <li>• מיטה מותאמת למזרון ברוחב מינימלי 90 ס"מ ואורך של 195 ס"מ לפחות</li> <li>• תהיה אפשרות לשינוי תנוחת גב ורגליים של המיטה משני צידי המיטה עד <math>70^\circ</math> ללא מזרון ועד <math>90^\circ</math> כולל מזרון.</li> <li>• מראשות המיטה יהיו ברות שליפה מהירה לצורך החייאה.</li> <li>• מצע ודופן המיטה יהיו עשויים מחומר אל חלד שאינו סופח זיהומים והינו בר חיטוי בהתאם להנחיות היחידה למניעת הזיהומים (הגנה אנטי בקטריאלית).</li> </ul>
2	גובה	גובה המיטה מהרצפה כולל המזרון יהיה בטווח 50-55 ס"מ מהרצפה.
3	דפנות צד	<ul style="list-style-type: none"> <li>• גובה הדופן יהיה 35 ס"מ לפחות מעל מצע המיטה.</li> <li>• אורך הדופן יהיה מלא לאורך כל המיטה, בהתאם לתקן בטיחות 60601-2-52</li> </ul>
4	גלגלים	4 גלגלים בעלי מעצור כפול לנעילת גלגול וצידוד, אל חלד.



## נספח C

## מנופים – דרישות לסוג וכמות, לפי מספר מחלקות

מספר מחלקות	מנוף לכבדי משקל (עומס מרבי 220 ק"ג)	מנוף רגיל (עומס מרבי 170 ק"ג)	מנוף העמדה	סך מנופים מסוגים שונים לפי מספר המחלקות
1	1	1	-	2
2	1	3	-	4
3	1	4	1	6
4	1	6	1	8
5	1	7	1	9
6	1	9	1	11
7	2	9	2	13
8	2	11	2	15
9	2	12	2	16
10	2	14	2	18
11	2	15	3	20
12	2	17	3	22

## הערות משלימות:

- הטבלה מתייחסת למחלקות סיעודיות.
- במוסד עם מחלקה אחת או יותר של תשושי נפש ללא מחלקות סיעודיות צריך לפחות מנוף אחד עבור כל המחלקות לתשושי נפש.
- במוסד עם מחלקות סיעודיות ומחלקות תשושי נפש, אין צורך במנוף לתשושי נפש. במקרה הצורך יעשה שימוש במנופים הקיימים במחלקות הסיעודיות.