



נוהל בריאות השן מס': 1.2	מהדורה מס': 5, עודכן : 19 מרץ 2019
דף 1 מתוך 2 דפים	תאריך תוקף : 1.06.2019
הנושא: מרפאות שיניים	
הנדון: הנחיות בדבר ציוד דנטלי במרפאות שיניים	

סימוכין: הנחיות בריאות השן 1.2 מהדורה מספר 4 מתאריך 05/2008 (מספר שרדוקס 424656018) להלן ההנחיות בנושא שבנדון המעדכנות ומבטלות את ההנחיות שבסימוכין. הנחיות אלו מתבססות על חוזרים ונוהלים של המשרד והכרעת כל דין.

1. כללי:

במרפאות שיניים מתבצעות פעולות רפואיות קליניות וכירורגיות אשר מחויבות הימצאות ציוד מתאים לשיטות עבודה עדכניות.

2. מטרה:

קביעת סטנדרטים לציוד בסיסי בכל מרפאות שיניים אשר ייתן מענה הולם לצרכים הטיפוליים במרפאה.

3. אחריות:

3.1. רופאי שיניים.

3.2. מנהלי מרפאות שיניים.

3.3. רופאי שיניים מחוזיים.

3.4. בעלי מרפאות תאגידים.

4. אזכורים:

4.1. [הנחיות למניעת העברת זיהומים במרפאות שיניים](#).

4.2. [הנחיות בדבר הגנה מפני קרינה במרפאות שיניים](#).

4.3. חוזר חטיבת הרפואה: [ניהול מערך החיאה במוסדות ו/או מתקנים רפואיים](#).

4.4. חוזר חטיבת הרפואה: [סדציה והרדמה כללית ברפואת שיניים](#).

4.5. [הנחיות לטיפול בפסולת במרפאות שיניים](#).

5. חלות:

5.1. מרפאות שיניים פרטיות.

5.2. מרפאות שיניים במוסדות.

5.3. מרפאות שיניים של תאגידים.

6. ציוד דנטלי:

6.1. במרפאת שיניים יימצאו בכל עת הציוד והמכשירים הדנטליים הדרושים למתן טיפול שיניים נאות כשהם תקינים וזמינים כמפורט בסעיפים הבאים.

7. ציוד בסיסי :
- 7.1. כסא דנטלי הניתן להסטה לתנוחת שכיבה בלחיצת כפתור (מומלץ בהפעלה רגלית).
- 7.2. מנורה דנטלית מעל לכסא הדנטלי.
- 7.3. מעקר אוטוקלאב.
- 7.4. מערכת שאיבת נוזלים - HIGH POWER SUCTION.
- 7.5. מכשיר רנטגן דנטלי בעל רשיון בתוקף מהיחידה הארצית לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה ובהתאם [להנחיות בדבר הגנה מפני קרינה במרפאות שיניים](#).
8. מזרקים :
- מזרקים להזרקת חומר אלחוש בקרפולה יהיו בעלי אפשרות לאספירציה, על-מנת לאפשר וידוא הזרקה שלא בתוך כלי דם כמפורט בחוזר המנהל הכללי 9/86.
9. ציוד נוסף :
- 9.1. כפפות לשימוש חד פעמי.
- 9.2. מסכות לשימוש חד פעמי.
- 9.3. אמצעי הגנה לעיני הרופא, הסייעת והמטופל.
- 9.4. ערכה לסכר גומי.
10. ציוד החייאה :
- 10.1. ערכת החייאה בסיסית ניידת כמפורט בחוזר חטיבת הרפואה [ניהול מערך החייאה במוסדות ו/או מתקנים רפואיים](#) (ראה נספח ג של חוזר חטיבת הרפואה) ומיקומה ישולט באופן ברור.
- 10.2. מומלץ כי כל ערכת החייאה בסיסית ניידת תכיל דפיברילטור בי פאזי או שתהיה בה הכוונה למיקום מכשיר דפיברילטור קרוב.
- 10.3. בכל מרפאת שיניים הכוללת 5 עמדות ומעלה, בנוסף לערכת ההחייאה הבסיסית הניידת, יצורף לערכת ההחייאה הבסיסית דפיברילטור בי פאזי.
- 10.4. הוראות שימוש לציוד המפורט בסעיפים לעיל.
11. ציוד נוסף להרדמה וסדציה :
- במרפאה בה מבצעים טיפולי שיניים תחת סדציה או הרדמה כללית ימצא גם הציוד המפורט בחוזר חטיבת הרפואה [סדציה והרדמה כללית ברפואת שיניים](#).
12. סילוק פסולת
- 12.1. מיכלים לסילוק פסולת כמפורט [בהנחיות לטיפול בפסולת במרפאות שיניים](#).

<p>אושר על- ידי :</p> <p>פרופ' שלמה זוסמן מנהל האגף לבריאות השן</p>	<p>מהדורה זאת עודכנה על ידי :</p> <p>ד"ר דוד ילון – הנחיות וסטנדרטים</p>
---	--